

Sheffield – Prüfkopf (Art. Nr. 1691)

zur Durchführung diverser Atemwiderstands Prüfungen, z.B.



- nach DIN EN 149 Abs. 8.9.2 und Abs. 8.9.3
- nach DIN EN 13274 Abs. 7.3.2 und Abs. 7.3.3

mit konzentrischem Saug-, Druck- und Messrohr im Mundbereich

um jeweils 90° neigbar:

nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts

mit Schlauchanschlüssen NW 15 für Ein- und Ausatmung und NW 4 für die Druckmessung



weitere Informationen erhalten Sie unter

www.drwiesner.de

Wiesner Prüftechnik GmbH

Weststrasse 4
73630 Remshalden – Germany

Telefon: +49 7151 9736 0
E-Mail: info@drwiesner.de